IVALON Surgical Products by fabco®

Tampon auriculaire postopératoire

CE 0459

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macorís • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50334-00122 Rev. F

Tampon auriculaire postopératoire

(À utiliser après une chirurgie otique)

MODE D'EMPLOI

Étape 1. AVANT L'INTRODUCTION

Enrober l'extrémité postérieure et les côtés du tampon auriculaire de crème ou de lubrifiant miscible avec l'eau afin d'en faciliter l'introduction. Si nécessaire, le tampon auriculaire IVALON® peut être taillé avec des ciseaux.

Étape 2. INTRODUCTION

Saisir le tampon auriculaire à l'aide d'une pince. Introduire délicatement le tampon auriculaire dans le conduit auditif externe ou dans l'antre mastoïdien, en laissant l'extrémité antérieure non enrobée pour permettre son hydratation.

Étape 3. HYDRATATION

Hydrater le tampon à l'aide d'une seringue contenant une solution saline stérile, de l'eau stérile ou une solution antibiotique.

Étape 4. AVANT LE RETRAIT

Une réhydratation partielle du tampon auriculaire sera peut-être nécessaire avant de le retirer.

Étape 5. RETRAIT

Utiliser une pince pour saisir le tampon et le retirer délicatement.

ATTENTION

- Stérile – Réservé à un usage unique. Toute réutilisation peut entraîner une contamination microbienne et la détérioration subséquente de l'état de santé du patient. FABCO n'est pas responsable des produits re-stérilisés et/ou réutilisés.
- Ne pas laisser l'exsudat durcir au risque d'interférer avec l'écoulement du drainage.
- Ne pas couper l'éponge à proximité du site chirurgical. Des fragments d'éponge pourraient pénétrer dans la plaie du patient. Le non-retrait des fragments d'éponge du patient pourrait entraîner une réaction à corps étranger.
- L'utilisation du dispositif doit être effectuée par un médecin.
- Ne pas laisser le tampon en place plus longtemps que dix (10) jours. Le fait de laisser le tampon en place trop longtemps peut entraîner une nécrose, l'interposition de tissu, une contamination ou un risque accru de choc toxique (voir ci-dessous).
- Ne pas utiliser si le paquet est ouvert ou endommagé, ou présente une date d'expiration dépassée, pour prévenir tout risque de contamination et toute perte de stérilité. Utiliser les techniques d'asepsie appropriées dans toutes les phases de manipulation.
- Les tampons usagés doivent être traités comme des déchets biologiques et éliminés en conformité avec la règlementation locale.

Choc toxique

Dans de rares cas, les conditions physio-chimiques associées aux opérations otiques, avec et sans tamponnement de l'oreille, peuvent exposer le patient à un risque de choc toxique. Les signes précurseurs du choc toxique sont : fièvre soudaine (en général, 38.8° ou plus), vomissements, diarrhée, vertiges, évanouissement (ou proche de l'évanouissement en position debout) et/ou éruption cutanée semblable à un coup de soleil. En cas d'apparition d'un ou de plusieurs de ces signes de choc toxique, retirer immédiatement le tampon et obtenir un avis médical. Les tampons pour oreille IVALON® ne présentent aucune propriété antimicrobienne, n'ont aucun effet bactériostatique contre les infections préexistantes et ne préviennent pas la survenue de nouvelles infections. En cas d'infections préexistantes, la mise en place du traitement adéquat est recommandée.

REF	LOT	STERILE R			
Numéro de réapprovisionnement	Numéro de lot	Stérilisé par irradiation	Utiliser l'insert	Ne pas réutiliser	Date d'expiration

IVALON® est une marque déposée de Medsorb Dominicana S.A.

1391-50334-00122 Rev. F [FRA]