IVALON Surgical Products by fabco®

Pooperacyjna tamponada do ucha

CE 0459

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net
Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macorís • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50334-00122 Rev. F

Pooperacyjna tamponada do ucha

(Do użycia po zabiegach chirurgicznych ucha)

INSTRUKCJA UŻYCIA

Etap 1. PRZED WPROWADZENIEM

Aby ułatwić wprowadzenie tamponady do ucha, należy powlec jej tylną końcówkę i boki lubrykantem lub kremem mieszalnym z wodą. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, tamponadę do ucha IVALON® można przyciąć nożyczkami.

Etap 2. WPROWADZANIE

Chwycić tamponadę do ucha za pomocą szczypczyków. Ostrożnie wprowadzić tamponadę do ucha do przewodu słuchowego zewnętrznego lub jamy sutkowej, pozostawiając przednią końcówkę niepowleczoną do nawilżenia.

Etap 3. NAWILŻANIE

Nawilżyć tamponadę przy użyciu strzykawki zawierającej sterylny roztwór soli w wodzie, wodę sterylną lub roztwór antybiotyku.

Etap 4. PRZED WYJĘCIEM

Przed wyjęciem tamponady do ucha może zachodzić konieczność jej ponownego nawilżenia.

Etap 5. WYJMOWANIE

Posługując się szczypczykami, chwycić tamponadę i ostrożnie wyciągnąć.

PRZESTROGA

- Wyrób sterylny - wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie może spowodować zakażenie mikrobiologiczne, prowadząc w konsekwencji do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Firma FABCO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wyroby, które zostały poddane ponownej sterylizacji i/lub zostały użyte powtórnie.
- Nie dopuszczać do stwardnienia eksudatu, gdyż może to utrudniać przepływ drenażu.
- Nie przycinać gazików w niewielkiej odległości od miejsca wykonywania zabiegu chirurgicznego. Fragmenty gazików mogą dostać się do rany w ciele pacjenta. Nieusunięcie fragmentów gazików z ciała pacjenta może wywoływać reakcję na ciało obce.
- Stosowanie wyrobu musi być przeprowadzane przez lekarza
- Nie pozostawiać tamponady na miejscu przez okres dłuższy od 10 (dziesięciu) dni. Pozostawienie tamponady na miejscu przez zbyt długi czas może prowadzić do martwicy, wrastania tkanek, zakażeń oraz podwyższonego ryzyka wstrząsu toksycznego (patrz niżej).
- Aby wykluczyć ryzyko zakażenia oraz utraty sterylności nie należy używać produktu, jeżeli opakowanie jest otwarte, uszkodzone lub po terminie ważności. Na wszystkich etapach obchodzenia się z wyrobem należy stosować techniki aseptyczne.
- Używane tamponady należy traktować jako odpady biologiczne i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Wstrząs toksyczny

W rzadkich przypadkach warunki fizjochemiczne związane z zabiegami chirurgicznymi ucha, zarówno z zastosowaniem tamponad do ucha, jak i bez nich, mogą stwarzać ryzyko wystąpienia zespołu wstrząsu toksycznego (ZWT, ang. TSS). Objawy ostrzegające o ZWT obejmują: nagłe wystąpienie gorączki (zwykle 38.8°C i więcej), wymioty, biegunka, zawroty głowy, omdlenia (lub stany bliskie omdleniu podczas wstawania) i/lub wysypka przypominająca oparzenia słoneczne. W przypadku wystąpienia tych lub innych objawów ZWT, należy natychmiast wyjąć tamponadę i niezwłocznie udać się do lekarza. Tamponady do ucha IVALON® nie posiadają żadnych właściwości przeciwbakteryjnych, nie są bakteriostatyczne w przypadku już istniejących infekcji i nie zapobiegają wystąpieniu nowych infekcji. W przypadku istniejących infekcji zaleca się zastosowanie odpowiedniego leczenia.

REF	LOT	STERILE R	⚠	②	⌛
Numer zamawiania art.:	Numer partii	Sterylizowano radiacyjnie	Sposób użycia: wprowadzenie	Nie używać ponownie	Termin ważności

IVALON® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Medsorb Dominicana S.A

1391-50334-00122 Rev. F [PLK]