IVALON
Surgical Products
by fabco®

Blok PVA do czyszczenia nożyków

CE 0459

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net
Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macorís • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50120-00115 Rev. D

Blok PVA do czyszczenia nożyków

INSTRUKCJA UŻYCIA

Etap 1. PRZED UŻYCIEM
Nawilżyć jeden koniec bloku czyszczącego przy użyciu kilku kropli wody sterylnej. (Należy pamiętać, że blok czyszczący IVALON® szybko chłonie płyny - potrzeba tylko kilku kropel. Nie należy całkowicie nasączać bloku.

Etap 2. CZYSZCZENIE NOŻYKA
Ostrożnie wytrzeć ostrze nożyka o wilgotny koniec bloku czyszczącego. Powtórzyć tę procedurę kilka razy. Następnie kilkakrotnie wbić ostrze w suchy koniec przed sterylizacją.

UWAGA: Aby uzyskać optymalne rezultaty, wilgotny koniec bloku czyszczącego należy wykorzystać do mycia przyrządów, a suchy koniec do usuwania zanieczyszczeń, które przylgnęły

.



PRZESTROGA

- Wyrób sterylny - wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne użycie może spowodować zakażenie mikrobiologiczne, prowadząc w konsekwencji do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Firma FABCO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wyroby, które zostały poddane ponownej sterylizacji i/lub zostały użyte powtórnie.
- Nie przycinać bloków do czyszczenia nożyków w niewielkiej odległości od miejsca wykonywania zabiegu chirurgicznego i utrzymywać ich fragmenty z dala od tego miejsca. Fragmenty gazików mogą dostać się do rany w ciele pacjenta. Nieusunięcie fragmentów gazików z ciała pacjenta może wywoływać reakcję na ciało obce.
- Stosowanie wyrobu musi być przeprowadzane przez lekarza.
- Aby wykluczyć ryzyko zakażenia oraz utraty sterylności, nie należy używać produktu, jeżeli opakowanie jest otwarte, uszkodzone lub po terminie ważności. Na wszystkich etapach obchodzenia się z wyrobem należy stosować techniki aseptyczne.
- Nie wywierać nadmiernego nacisku na ostrze nożyka. Użycie zbyt dużej siły może spowodować uszkodzenie nożyka lub stwarzać zagrożenie dla użytkownika.
- Używane bloki do czyszczenia nożyków należy traktować jako odpady biologiczne i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

REF	LOT	STERILE R	⚠	②	⌛
Numer zamawiania art.:	Numer partii	Sterylizowano radiacyjnie	Sposób użycia: wprowadzenie	Nie używać ponownie	Termin ważności

IVALON® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Medsorb Dominicana S.A

1391-50120-00115 Rev. D [PLK]