IVALON
Surgical Products
by fabco®

# PVA Bıçak Temizleme Bloğu

CE 0459
EC REP
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®
Manufactured for:
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net
Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macorís • Dominican Republic

*IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.*

1391-50120-00115 Rev. D

# PVA Bıçak Temizleme Bloğu

## KULLANMA KILAVUZU

**Adım 1. KULLANMADAN ÖNCE**
Temizleme bloğunun bir ucunu birkaç damla steril suyla hidratlayın. (IVALON® Temizleme Bloğunun sıvıları hızla emdiğini, sadece birkaç damlanın yeterli olduğunu unutmayın. Bloğu tamamen ıslatmayın.

**Adım 2. BIÇAĞIN TEMİZLENMESİ**
Bıçak ağzını temizleme bloğunun ıslak ucuyla nazikçe silin. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Ardından kuru ucu sterilizasyondan önce birkaç kez saplayın.

NOT: Optimum performans için, aletlerin yıkanması sırasında temizleme bloğunun ıslak ucunu, partiküllerin üzerindekilerin çıkarılması sırasında ise kuru ucunu kullanın.



**DİKKAT**

- Steril - Sadece tek kullanımlıktır. Yeniden kullanım mikrobiyal kontaminasyona neden olarak hastanın sağlığının bozulmasına yol açabilir. Yeniden sterilize edilen ve/veya yeniden kullanılan üründen FABCO sorumlu olmayacaktır.
- Ameliyat yerinin yakınında bıçak bloklarını kesmeyin veya parçacıklara izin vermeyin. Sünger parçacıkları hastanın yara bölgesine girebilir. Sünger parçacıklarının hastadan çıkarılamaması yabancı cisim reaksiyonuna yol açabilir.
- Cihaz bir hekim tarafından kullanılmalıdır.
- Kontaminasyon veya sterilizasyon kaybı riskini önlemek için ambalajı açılmış, zarar görmüş veya son kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın. Tüm kullanım aşamalarında ilgili aseptik teknikleri kullanın.
- Bıçak ağzı üzerinde aşırı basınç uygulamayın; aşırı kuvvet uygulanması bıçağın zarar görmesine neden olabilir veya kullanıcı açısından risk teşkil edebilir.
- Kullanılmış bıçak temizleme blokları biyolojik atık olarak kabul edilmeli ve yerel yönetmeliklere uygun şekilde atılmalıdır.

| REF | LOT | STERILE R | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeniden Sipariş Numarası | Lot Numarası | Işınlamayla Sterilize Edilmiştir | Işınlamayla Sterilize Edilmiştir | Yeniden Kullanmayın | Son Kullanım Tarihi |

*IVALON® Medsorb Dominicana S.A.'nın tescilli ticari markasıdır.*

1391-50120-00115 Rev. D [TRK]