IVALON
Surgical Products
by fabco®

Postoperativ sinuspackning

CE 0459

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macorís • Dominican Republic

IVALON® is a registered trademark of Medsorb Dominicana S.A.

1391-50092-00113 Rev. F

Postoperativ sinuspackning

(För användning efter endoskopisk sinuskirurgi)

BRUKSANVISNING

Steg 1. FÖRE INLÄGGNING

Smörj sidorna och den främre kanten på sinuspackningen med ett medicinskt smörjmedel för att underlätta inläggningen. IVALON® sinuspackning kan vid behov klippas med en sax.

Steg 2. INLÄGGNING

Fatta tag i sinuspackningen med en peang och för försiktigt in (änden utan tråd först) lateralt till den mellersta näsmusslan in i den mellersta näsgången.

Steg 3. EFTER INLÄGGNING

Sinuspackningen kommer att expandera efter placeringen. I den händelse att packningen inte expanderat efter två minuter ska packningen hydreras med en spruta fylld med steril koksaltlös ning, sterilt vatten eller en antibiotikalösning.

VIKTIGT

Tejpa fast tråden mot kinden för att förhindra packningsmigration.

Steg 4. FÖRE AVLÄGSNANDE

Rehydrera sinuspackningen helt före avlägsnande. Låt packningen ligga på plats i 5-10 minuter efter att rehydrering medger avlägsnande.

Steg 5. AVLÄGSNANDE

Använd en peang för att fatta tag i packningen och dra försiktigt bort den..

VIKTIGT

Steril - Endast för engångsbruk. Återanvändning kan resultera i mikrobiell kontamination och påföljande försämring av patientens hälsa. FABCO ansvarar inte för någon produkt som har steriliserats om och/eller återanvänts.

Om packningen är för kraftig och/eller sitter kvar för länge kan detta resultera i nekros.

Klipp inte svampar i närheten av det kirurgiska ingreppet. Svampfragment kan komma in i patientens sår. Underlåtenhet att avlägsna svampfragment från patienten kan resultera i en främmandekroppsreaktion.

Rehydrera alltid före avlägsnande. Underlåtenhet att rehydrera kan resultera i ökat obehag för patienten medan packningen avlägsnas.

Avlägsnande får endast utföras av en läkare.

Låt inte packningen ligga var i mer än sju (7) dagar. Om packningen får ligga kvar för länge kan detta resultera i nekros eller ökad risk för toxinchock (se nedan).

Får ej användas om paketet har öppnats, skadats eller om utgångsdatumet passerats. Detta för att förhindra risk för kontaminering och förlorad sterilitet. Använd korrekta aseptiska tekniker under alla hanteringsfaser.

Använd förpackning ska behandlas som bioavfall och kasseras i enlighet med lokala regler.

Toxinchock

I sällsynta fall kan de fysiokemiska tillstånd som är associerade med nasal-/sinuskirurgi, både med och utan nasalpackning, utgöra en risk för toxic shock syndrome (TSS). Varningstecken med TSS innefattar: plötslig feber (vanligen 38,8°C eller mer), kräkningar, diarré, yrsel, svimning (eller nära svimning vid stående) och/eller utslag som liknar solbränna. Om dessa eller andra tecken på TSS uppstår ska packningen omedelbart avlägsnas och läkare omedelbart kontaktas. IVALON® sinuspackning uppvisar inte några antimikrobiella egenskaper, är inte bakteriostatisk mot redan existerande infektioner och förhindrar inte uppkomst av nya infektioner. I fallet med redan existerande infektioner rekommenderas att lämplig behandling sätts in.

REF	LOT	STERILE R	⚠		
Beställnings-nummer	Lot-nummer	Steriliserad med strålning	Använd inläggning	Får ej återanvändas	Utgångsdatum

IVALON® är ett registrerat varumärke som tillhör Medsorb Dominicana S.A.

1391-50092-00113 Rev. F [SVE]